

编号：YNH/AJ-15-33-2016

生化仪用清洗液/剂出厂检验报告

试剂名称：NCL清洗剂

试剂批号：2240227

检验日期：2024.02.28

试剂规格：250mL

检验项目	要求	检验结果	结果判定
外观检查	无色透明液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物。	符合要求	√



检验人：李海

检验日期：2024.02.28

检验地点：汇良公司