

血小板分析仪专用质控品（低值）赋值表

批号：2025-02 规格：200

生产日期：2025-04-22 有效期至：2025-10-21

项目	单位	赋值	赋值范围
WBC	10 ⁹ /L	4.5	4.0-5.0
PLT	10 ⁹ /L	150	140-160
MPV	fL	9.3	8.5-10.0

血小板分析仪专用质控品（中值）赋值表

批号：2025-02 规格：200

生产日期：2025-04-22 有效期至：2025-10-21

项目	单位	赋值	赋值范围
WBC	10 ⁹ /L	7.5	7.0-8.0
PLT	10 ⁹ /L	210	200-220
MPV	fL	10.0	9.5-10.5

血小板分析仪专用质控品（高值）赋值表

批号：2025-02 规格：200

生产日期：2025-04-22 有效期至：2025-10-21

项目	单位	赋值	赋值范围
WBC	10 ⁹ /L	15.0	14.0-16.0
PLT	10 ⁹ /L	350	340-360