

编号: YNH/A1-15-02-2012

血小板分析仪专用清洗液出厂检验报告

检验依据: 医疗器械产品技术要求

检验日期: 2024.06.24 试剂批号: 22406191

配套稀释液批号: 22406122 试剂规格: 1L、5L

设备信息:

仪器名称	血小板分析仪	试剂名称
设备编号	P2HR001C	600408N0016120345

检验项目	要求	检验结果				结果判定 合格(√); 不合格(×)
		检测 1	检测 2	检测 3	均值	
外观	无色透明液体, 不得有沉淀、颗粒或絮状物。	符合要求				√
容量	不低于标示容量	5.00mL	5.00mL	5.00mL	5.00mL	√
pH值	7.25±0.05, 7.00±0.50。	检测温度: 25.0℃				√
		7.26	7.25	7.25	7.25	
空白值	RBC ≤ 0.03 × 10 ¹² /L	0.00	0.00	0.00	0.00	√
	PLT ≤ 10 × 10 ⁹ /L	0	0	0	0	√
清洗率	清洗率大于 90%。	96.6%				√
结论	检验是否合格					



检验人: 刘静

复核人: 张永刚

批准人: 张永刚