

编号：YNH/AJ-15-13-2024

样本稀释液出厂检验报告

委托单位：云南某生物科技有限公司，联系电话：0871-12345678

检验日期：2024-03-15

检验地点：云南某生物科技有限公司质检部

检验设备：精密天平、pH计、电导率仪

检验人员：张明、李华、王强

样品名称：细胞培养用稀释液

设备信息：

设备名称	生产厂家/品牌	规格/型号	出厂日期	校准有效期至
精密天平	梅特勒	FA104	2023-12	2025-12
pH计	雷磁	PHS-3C	2023-10	2025-10
电导率仪	上海仪电	DDS-11A	2023-11	2025-11

检测项目	标准要求	检测结果	结果判定
外观	澄清透明，无可见杂质	符合	合格
pH值	7.0±0.2	7.1	合格
电导率	≤10.0mS/cm	8.5	合格

外观	澄清透明，不得有沉淀、颗粒或絮状物	符合要求	√
装量	不低于标示量	20.05L 20.05L 20.05L 20.05L	√
pH值	25℃时，7.10±0.20	检测温度：25.0℃ 7.14 7.13 7.13 7.13	√
电导率	25℃时，17.30±0.50mS/cm	检测温度：25.0℃ 17.35 17.33 17.35 17.33	√
渗透压	310±10mOsm/kg	312 312 312 312	√
空白度	RT≤2.5N/100L	0 0 0 0	√
结论	检验合格		



检验人：张明 审核人：李华 日期：2024-03-15