编号：YNH/AL-15-13-2024

样本稀释液出厂检验报告

检验依据：医疗器械产品技术要求编号：苏银械备 20240098

检验日期：2026.04.28　　试剂批号：22604241

产品型号：PLR-01　　配套清洗液批号：22603251

试剂规格：1L、20L

设备信息：

仪器名称	血小板分析仪	PH 计	电导率仪	浊点渗透压
仪器编号	PL-12	PHS-3C	DDSJ-303A	FM-8B

检验项目	要求	检测 1	检测 2	检测 3	均值	合格（√）；不合格（×）
外观	澄清液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物	符合要求				√
装量	不低于标示量	20.03L	20.02L	20.03L	20.03L	√
pH 值	25℃时，7.10±0.20	检测温度：25.0℃ 7.13	7.13	7.12	7.13	√
电导率	25℃时，17.30±0.50mS/cm	检测温度：25.0℃				/
空白值	PL1≤2.5×10⁹/L	0	0	0	0	√
结论	检验是否合格					

检验报告专用章