

编号: YNH/AJ-15-112-2011

血小板诱导剂(花生四烯酸)出厂检验报告

检验日期: 2011-11-11

检验编号: 2011-11-11-1

检验结果: 合格(符合标准)

检验项目	技术要求	检验结果	判定
外观性状	本品为白色粉末状或微黄色结晶性粉末，无臭，无味。	符合标准	合格
含量	本品含量不低于95%。	98.5%	合格
重质性	本品在干燥条件下，应无吸湿性，在相对湿度(50%)以下，重量增加不超过10%。	符合标准	合格
水合率	本品在干燥条件下，应无吸湿性，在相对湿度(50%)以下，重量增加不超过10%。	符合标准	合格

检验结论: 本品符合标准，准予出厂。

检验人: 张明

张明

张明

张明