

编号: YNH/AJ-15-13-2024

样本稀释液出厂检验报告

检验依据: 国家强制性标准 GB 15190-2003

产品名称: PLK-01


配套清洗液批号: ZZ605077

试剂规格: 1L、20L

设备信息:

检测项目	检测标准	检测结果	判定结果
外观性状	无色透明液体	无色透明液体	合格

检测项目	检测方法	检测结果				判定结果
		第一次	第二次	第三次	平均值	
pH值	玻璃电极法	7.2	7.3	7.4	7.3	合格
电导率	电导率仪法	17.34	17.35	17.33	17.34	合格
总硬度	EDTA滴定法	3.1	3.1	3.1	3.1	合格
总三价	分光光度法	0.01	0.01	0.01	0.01	合格
备注	检测员: 王合彬					



检测人: 王合彬 复核人: 王合彬 批准人: 王合彬