编号：YNH/AJ-15-15-2024

血细胞分析用稀释液出厂检验报告

检验依据：医疗器械产品技术要求编号：苏械械备 80240007

检验项目	检测1	检测2	检测3	均值	相对偏差
外观	澄清液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物				
装量	不低于标示量。	500ml	—	—	√
溶血	溶血后血红蛋白溶生物吸光度溶液无				无
白细胞	WBC≤0.5×10⁶/L。	0	0	0	0	0.0	√		空白
WBC 计数的相对偏差应≤±7.5%。	7.46	7.42	7.51	7.46	≤±1.5%	√			