


编号: YNH/AJ-15-13-2024

样本稀释液出厂检验报告

检验依据: 医疗器械产品技术要求编号: 苏械械备 20240009

检测项目		检测结果		判定标准	
外观	外观检查、无异物、无杂质、无霉变	合格	合格	合格	合格
pH值	6.5-7.5	6.8	合格	合格	合格
电导率	≤1000 μS/cm	800	合格	合格	合格
无菌性	无菌	合格	合格	合格	合格
稳定性	25℃时, 12h内pH值变化≤0.5	合格	合格	合格	合格
包装完整性	包装完好, 无破损	合格	合格	合格	合格
标识清晰度	标识清晰, 易于识别	合格	合格	合格	合格
贮存条件	避光, 密封, 2-8℃	合格	合格	合格	合格
有效期	12个月	合格	合格	合格	合格



检测人: 张三 复核人: 李四 审核人: 王五